



Kalibrace průtokoměrů a stanic pro měření průtoku

V kalibrační laboratoři CS Instruments pro průtokoměry je možné kalibrovat jak průtokoměry CS Instruments, tak i od jiných výrobců. Vysoce precizní referenční měřicí přístroje garantují přesnost až 0,5 % z měřené hodnoty.

Speciální výhody

- díky digitálnímu přenosu dat je kalibrován pouze průtokoměr, zatímco zapnutá jednotka DS 400 může zůstat na místě měření po celou dobu

Kalibrační rozsah:	od 0 do 4000 m ³ /h pod tlakem
Přesnost reference:	mezi 0,5 a 1% z naměřené hodnoty



Popis	Obj. č.
Rekalibrace a 5bodová precizní kalibrace průtokoměrů s ISO certifikátem	CS-06953333
Objem průtoku, měřicí body dle vlastního výběru	na dotaz
Kalibrace reálným plynem	CS-32000015